D.B.M. AQUAFLUSH
ACQUA STERILE

Siringa Pre-riempita con Acqua Sterile per Irrigazione e Lavaggio

CE 0476

Scheda Tecnica di prodotto *Edizione 08/2016*

AQUAFLUSH

SIRINGA PRE-RIEMPITA CON ACQUA STERILE PER IRRIGAZIONE E LAVAGGIO

Sterile • Latex free • Monouso

Tipologia di Dispositivo

Il Dispositivo Medico sterile AQUAFLUSH è un prodotto marcato CE **0476** in classe IIa, conforme alla Direttiva Europea 93/42 CEE (e successive modifiche ed integrazioni) che regolamenta la fabbricazione e la commercializzazione dei Dispositivi Medici.

Destinazione d'uso

Il Dispositivo Medico AQUAFLUSH è destinato ad essere usato per l'irrigazione ed il lavaggio al fine di eliminare sangue e/o frammenti di tessuto dopo l'intervento chirurgico. E' impiegato anche per il lavaggio e per l'irrigazione delle ferite, per il lavaggio di circuiti per dialisi e di strumenti medici chirurgici termosensibili nelle procedure di disinfezione totale. E' utilizzato, inoltre, per il mantenimento della pervietà di cateteri e per l'irrigazione nelle procedure urologiche.

Caratteristiche della soluzione

- Acqua sterile non iniettabile.
- Sterile, apirogena e priva di conservanti.
- Sterilizzata in autoclave a calore umido.
- Validità: 3 anni a confezionamento integro.

Caratteristiche e Vantaggi della siringa pre-riempita monouso

- La siringa in polipropilene ad elevata trasparenza permette un'ottima visione del contenuto.
- La scala graduata apposta sulla siringa pre-riempita permette un'applicazione più precisa di un volume controllato di liquido.
- La siringa utilizzata è latex free: i rischi di manifestazioni di reazioni avverse al lattice sono quindi nulli.
- La siringa pre-riempita è pronta per l'uso: ciò riduce notevolmente i tempi di preparazione, evita la possibilità di esporre il paziente a contaminazioni crociate e consente una completa tracciabilità della soluzione.
- La siringa pre-riempita garantisce completa sicurezza e praticità, rispetto ad altri sistemi di somministrazione, riducendo i rischi di procurare infortuni all'utilizzatore o all'operatore sanitario durante la preparazione.
- AQUAFLUSH è prodotto interamente in Italia a garanzia di qualità ed affidabilità.

Confezionamento

Il Dispositivo Medico AQUAFLUSH è disponibile in siringa sia con attacco Luer Slip che con attacco Luer Lock. Il Dispositivo Medico è confezionato singolarmente in una busta in carta medicale termosaldata.
L'intero processo di ripartizione e confezionamento è svolto in Camera Bianca, ambiente a contaminazione controllata. Il Sistema di Qualità aziendale è certificato secondo la normativa UNI CEI EN ISO 13485:2012.

Il contenuto e l'esterno della siringa sono sterili.

La siringa confezionata è sterilizzata in autoclave con calore umido in conformità alla norma UNI EN ISO 17665-1:2007. Questo tipo di sterilizzazione risulta essere sicuro e privo di tossicità a differenza di altri metodi spesso utilizzati che non permettono l'effettiva sterilizzazione del contenuto presente in una siringa pre-riempita.

Confezioni disponibili per LUER LOCK

CODICE	DESCRIZIONE
PCF01MA1	SIRINGA PRE-RIEMPITA CON ACQUA STERILE PER IRRIGAZIONE E LAVAGGIO Volume 5 ml
PCG01NA1	SIRINGA PRE-RIEMPITA CON ACQUA STERILE PER IRRIGAZIONE E LAVAGGIO Volume 10 ml
PCG01MA1	SIRINGA PRE-RIEMPITA CON ACQUA STERILE PER IRRIGAZIONE E LAVAGGIO Volume 5 ml in siringa da 10 ml

Quantità per box su richiesta

Confezioni disponibili per LUER SLIP

CODICE	DESCRIZIONE
PAF01MA1	SIRINGA PRE-RIEMPITA CON ACQUA STERILE PER IRRIGAZIONE E LAVAGGIO Volume 5 ml
PAG01NA1	SIRINGA PRE-RIEMPITA CON ACQUA STERILE PER IRRIGAZIONE E LAVAGGIO Volume 10 ml
PAG01MA1	SIRINGA PRE-RIEMPITA CON ACQUA STERILE PER IRRIGAZIONE E LAVAGGIO Volume 5 ml in siringa da 10 ml

Quantità per box su richiesta

Fabbricante
D.B.M. s.r.l.via dell'Industria, 2
23030 Tovo di Sant'Agata (SO) - Italy

Distributore
Comedical s.r.l. via della Cooperazione, 29
38123 Trento (TN) - Italy

Bibliografia

- Weiss E.A., Oldham G., Lin M., et al. *"Water is a safe and effective alternative to sterile normal saline for wound irrigation prior to suturing: a prospective, double-blind, randomized, controlled clinical trial."* BMJ Open 2013;3:e001504
- Fernandez R., Griffiths R. *"Water for wound cleansing."* Cochrane Database Syst Rev. 2012 Feb 15;2:CD003861
- Moscati R.M., Mayrose J., Reardon R.F., Janicke D.M., Jehle D.V. *"A multicenter comparison of tap water versus sterile saline for woundirrigation."* Acad Emerg Med. 2007 May;14(5):404-9
- Gannon R. *"Wound cleansing: sterile water or saline?"* Nurs Times. 2007 Feb 27-Mar 5;103(9):44-6
- Fickling J., Parsons J., Loeffler C.R. *"Irrigation solution: will your choice affect the electrosurgical outcome or patient safety?"* Clinical Information Hotline 2002; 7 (2)
- Hollander J.E., Singer A.J. *"Laceration management."* Ann Emerg Med. 1999 Sep;34(3):356-67

Distribuito da:

Comedical®

Comedical s.r.l. via della Cooperazione, 29 - 38123 Trento (TN) - IT
Tel. +39 0461 945876 - info@comedical.biz

www.comedical.biz